

Anlage

Standorte und Dienstleistungen abgedeckt durch Zertifikat-Nr. 44 221 230321

Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH
Rainweg 68
07318 Saalfeld
Deutschland

Zertifikat-Registrier-Nr.	Standort	Dienstleistung und Produktbezeichnung
44 221 230321-001	Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH AEMP Rainweg 68 07318 Saalfeld Deutschland	Aufbereitung von wiederverwendbaren, thermostabilen Medizinprodukten der Einstufung bis einschließlich „kritisch B“ (mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung) unter Anwendung einer Sterilisation mit feuchter Hitze Aufbereitung von wiederverwendbaren Medizinprodukten der Einstufung „semikritisch B“ (mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung) <ul style="list-style-type: none">▪ Flexible Bronchoskope Aufbereitung von wiederverwendbaren Medizinprodukten der Einstufung „semikritisch B“ (mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung) unter Anwendung einer Niedertemperatursterilisation (H2O2-Plasmasterilisation) <ul style="list-style-type: none">▪ Flexible Cystoskope

Bericht Nr. 3536 4796

Gültig von 2024-11-27
Edition 3

Essen, 2024-11-27



Zertifizierungsstelle für Medizinprodukte

Seite 1 von 1

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.de
medical@tuev-nord.de



TÜV®

TÜVNORDGROUP